

	CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS	
Produto Producto / Product:	EDTA EDTA/EDTA	
Referência Referencia / Reference:	330	
Lote Lot:	260301B	
Validade Validez / Expiration date:	03/2028	
CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL		
1- Aspectos Físico-químicos 1- Aspectos físico-químicos/ Physical-chemical aspects		
Reagentes Reactivos/ Reagents	Cor Color/Color	Aspecto Aspecto/Aspect
EDTA EDTA/EDTA	Laranja Naranja/Orange	Líquido Límpido Líquido limpio/ Clean Liquid
2-Formação de coágulo e ausência de hemólise após 120 minutos da coleta 2- Formación de coágulos y ausencia de hemólisis después de 120 minutos de recogido/ 2- Clot formation and absence of hemolysis after 120 minutes of collection		
	Resultados Resultados/ Results	
Amostra 1 Muestra 1/ Sample 1	Ausentes Ausentes/ Absent	
Amostra 2 Muestra 2/ Sample 2	Ausentes Ausentes/ Absent	
Amostra 3 Muestra 3/ Sample 3	Ausentes Ausentes/ Absent	
RESULTADO RESULTADO/ RESULT	APROVADO OKEY/OKAY REPROVADO DESAPROBADO/DISAPPROVED	

Data

Fecha / Date:

20/04/2026*Tatiane Trindade*

Tatiane Trindade G Pereira

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**CNPJ: 03.142.794/0001-16****Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG****Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br****www.goldanalisa.com.br**