



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto
Producto / Product:

TP Líquida
TP neto/ Net TP

Referência
Referencia / Reference:

555E

Lote
Lot:

6101

Validade
Validez / Expiration date:

24/10/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Análise Funcional Análisis Funcional/Functional Analysis:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/According
Aspectos Visuais Aspectos Visual/Visual Aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/According
Valor do ISI Valor ISI/ISI value:	1,00 a 1,10	1,04

Data
Fecha / Date:

15/07/2026

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br