



<b>Produto</b>	<b>Sífilis VDRL</b>
<b>Referência</b>	<b>129</b>
<b>Lote</b>	<b>4319</b>
<b>Fabricação</b>	<b>23/10/2024</b>
<b>Validade</b>	<b>10/01/2026</b>

<b>Quesitos</b>	<b>Crítérios</b>	<b>Resultados</b>
Aparência	Suspensão esbranquiçada	De acordo


**Observadas lâminas coradas em microscópio (objetiva de 1000x) verificando a transparência do óleo:**



1. Reagente sem amostra;



2. Reagente + Controle Negativo;



3. Reagente + Controle Positivo;

**Registro da determinação para testes qualitativos:**

<b>Amostra</b>	<b>1º leitura</b>	<b>2º leitura</b>	<b>3º leitura</b>
Amostra Reagente Controle Positivo Wama Lote: 23C080 Val: 03/2025	REAGENTE	REAGENTE	REAGENTE
Amostra Não-Reagente Controle Negativo Wama Lote: 23E042 Val: 11/2025	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE

<b>Data</b>	<b>24/10/2024</b>
-------------	-------------------

*Tatiane Trindade*

---

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br) / [www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**