



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto
Producto / Product: **Frutosamina**
Frutosamina/Frutosamine

Referência
Referencia / Reference: **462**

Lote
Lot: **4262**

Validade
Validez / Expiration date: **04/2027**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,065	0,0024
Linearidade Linealidad / Linearity:	7,0 mmol/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	1,44 (1,15 - 1,73) mmol/L	1,70 mmol/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	2,88 (2,30 - 3,45) mmol/L	3,41 mmol/L

Data
Fecha / Date: **18/09/2024**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br