

Produto Producto / Product:	Urigold Urigold/Urigold
Referência Referencia / Reference:	500SE
Lote Lot:	22G112
Validade Validez / Expiration date:	11/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Amostra Controle Muestra de Control/Control Sample:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Urobilinogênio Urobilinógeno/Urobilinogen	Normal Resultado Normal/Normal Result	Normal Resultado Normal/Normal Result
Glicose Glucosa/Glucose	Negativo Negativo/Negative	Negativo Negativo/Negative
Corpos cetônicos Cuerpos cetónicos/Ketone bodies	Negativo Negativo/Negative	Negativo Negativo/Negative
Bilirrubina Bilirrubina/Bilirubin	Negativo Negativo/Negative	Negativo Negativo/Negative
Proteína Proteína/Protein	Negativo Negativo/Negative	Negativo Negativo/Negative
Nitrito Nitrito/Nitrite	Negativo Negativo/Negative	Negativo Negativo/Negative
pH pH/pH	6,0	6,0
Sangue/Hb Sangre/Hb/Blood /Hb	Negativo Negativo/Negative	Negativo Negativo/Negative
Densidade Densidad/Density	1.015	1.015
Leucócitos Leucocitos/Leukocytes	Negativo Negativo/Negative	Negativo Negativo/Negative

Data Fecha / Date:	08/08/2022
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br