



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

AST

Referência

Referencia / Reference:

421

Lote

Lot:

202404 CM01

Validade

Validez / Expiration date:

05/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	> 1,000	1,520
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	400 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum Level I:	44 (35-53) U/L	46,3 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum Level II:	127 (102-152) U/L	128 U/L

Data

Fecha / Date:

08/07/2024

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br