



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	TP Líquida TP neto/ Net TP
Referência Referencia / Reference:	555E
Lote Lot:	2244
Validade Validez / Expiration date:	12/06/2024

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Plasma Controle nível I Nível de control de plasma I/Plasma Control Level I:	14,0 (11,0 - 17,0)s	15,4 segundos
Plasma Controle nível II Nível de control de plasma I/Plasma Control Level II:	31,5 (23,0 - 40,0)s	33,2 segundos
Valor do ISI Valor ISI/ISI value:	1,00 a 1,10	1,03

Data Fecha / Date:	13/01/2023
------------------------------	-------------------

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br