



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Produto**  
Producto / Product: **Magnésio Mono**  
Magnesio/ Magnesium

**Referência**  
Referencia / Reference: **115**

**Lote**  
Lot: **25036 (CM01)**

**Validade**  
Validez / Expiration date: **10/2028**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros<br>Parametros / Parameter:                                                               | Faixa aceitável<br>Rango aceptable / Acceptable<br>range:                                  | Resultados do lote<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Absorbância do Branco</b><br>Absorbancia del blanco/ Blank<br>absorbance:                        | <b>&lt;1,000</b>                                                                           | <b>0,877</b>                                              |
| <b>Aspectos físico-químicos</b><br>Aspectos físico-químicos/<br>Physico-chemical aspects            | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within<br>internal limits | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                |
| <b>Fator de Calibração (670 nm)</b><br>Factor Calibración (670 nm)/<br>Calibration Factor (670 nm): | <b>8,0 a 12,0</b>                                                                          | <b>12,0</b>                                               |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nivel I/Control<br>Serum Level I:                  | <b>2,00 (1,70 - 2,30) mg/dL</b>                                                            | <b>1,80 mg/dL</b>                                         |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nivel<br>II/Control Serum Level II:               | <b>3,10 (2,63 - 3,57) mg/dL</b>                                                            | <b>3,70 mg/dL</b>                                         |

**Data**  
Fecha / Date: **16/06/2026**

*Tatiane Trindade*

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**

**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**